Informace pro indikující lékaře na magnetickou rezonanci

Tímto bychom Vás chtěli poprosit, když posíláte pacienty na MR, zjistěte, prosím, již v ordinaci všechny kontraindikace k vyšetření:

- kardiostimulátor – na našem pracovišti **nevyšetřujeme** pacienty ani s kompatibilními kardiostimulátory, které se přepínají !!!!

- pacienti s náhradou srdeční chlopně musí mít s sebou písemné potvrzení o kompatibilitě s MR,

- klaustrofobie (pacienti si stěžují, že je nikdo nepoučil),

- stenty, bypass, TEP kyčlí či kolen a jiné kovové implantáty - objednávat 6 až 8 týdnů po operaci,

- pacienta s čerstvým zubním kovovým implantátem můžeme na MR vyšetřit 6 až 8 týdnů po výkonu,

- funkce ledvin – u starších pacientů nebo pacientů s jednou ledvinou uvádějte hodnotu kreatininu hlavně u předpokládaného vyšetření s k. l. (břicho, hypofýza, prsa....),

- **váha pacienta** - náš přístroj má nosnost do 140 kg a průměr gantry je 60 cm,

- střepina v oku (pokud si pacient není střepinou jistý, odešlete jej nejdříve do oční ambulance nebo na RTG hlavy a poté přiložte k žádance písemné potvrzení, že pacient může podstoupit MR),

- MR kolenního kloubu – velikost cívky je **limitovaná** obvodem v nejužším místě 40 cm (délka cívky 14,5 cm, přes čéšku 48 cm, pod kolenem 40 cm) ,

- MR přístroj může znehodnotit senzor pro diabetiky (takovým pacientům doporučte se objednat na vyšetření v den, kdy si mají senzor měnit, aby si ho nemuseli přelepovat předčasně),

- pacienty s inzulínovou pumpou předem upozorněte, že si ji na vyšetření budou muset v kabince odpojit,

- pokud se pacienti sami objednávají telefonicky na MR vyšetření, prosím, sdělte jim nebo zvýrazněte na žádance co si mají objednat.

Pacienti k nám jezdí z dálky a při zjištění kontraindikace až na našem pracovišti dochází ke zbytečnému přeobjednávání a k nespokojenosti pacientů.

Děkujeme za pochopení.

Magnetická rezonance

MEDIHOPE s.r.o.